

Leitwertmessgeräte

Typ: LFM28

Produktspezifikationen

Funktionen: EC/ TDS/ Temperatur

Leitfähigkeit: 0–1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$

TDS-: 0–1249 ppm

Temperatur: 0–60 °C

Abmessungen: 154×30× 14mm

Gewicht (Netto): 45 g

Stromversorgung:

3V Knopfzellenbatterie

Gebrauchsanweisung:

1- Entfernen Sie die Schutzkappe des Messstifts und schalten Sie das Gerät mit dem **ON/OFF-Schalter** ein.

2-Tauchen Sie den Stift in das Wasser ein. Achten Sie darauf, dass die Eintauchtiefe **nicht mehr als 3 cm** von der Spitze des Stiftes beträgt.



3-Rühren Sie den Stift vorsichtig im Wasser.

Warten Sie, bis sich der Messwert stabilisiert – in der Regel innerhalb von 5 Sekunden. Der Wert wird automatisch auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie die HOLD-Taste, um den Messwert zu speichern.

4-Nach der Verwendung trocknen Sie die Spitze mit einem Tuch und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

IEM Germany

August-Horch-Str. 16
Mainz 55129 **Germany**
Tel:+ 49 6131 963107

info@iemgmbh.de

<http://www.iemgmbh.de>